

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	Michell Instruments Ltd. Unit 48, Lancaster Way Business Park, Ely, Cambridgeshire, CB6 3NW, England	
製造者	Michell Instruments Ltd. Unit 48, Lancaster Way Business Park, Ely, Cambridgeshire, CB6 3NW, England	
品名	QMA601 Process Moisture Analyser QMA601 プロセスモイスターアナライザー	
型式の名称	EX1/EX3	
防爆構造の種類	Dust Protection by Enclosure	
対象ガス又は蒸気の 発火度及び爆発等級	Ex tb IIIC T85 °C Db	
定格	Ex1: 24 Vdc, Ex3 240 Vac	
使用条件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 清掃する際は、湿らせた布もしくは帯電防止布のみを使用すること。 2. 外部ケーブルは、使用温度 86 度に適したものであること。 3. 筐体への最大流量の合算は、5ltr/min 以下でなければならない。 4. 筐体は付属のアースポイントによって永久に接地されること。 5. 通電されている時や爆発性雰囲気に接している可能性がある場合は機器を開けないこと。 	
型式検定合格番号	第 CSAUK 18JPN005X 号	
有効期間	平成 30 年 4 月 25 日から平成 33 年 4 月 24 日まで	<i>N. Jones</i>
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成 30 年 4 月 25 日

型式検定実施者
長

CSA グループテストイング UK LTD 取締役社

